

## Паспорт № 330103-05-24

Буферный раствор для рН-метрии рН=1.68 (фл. 500 мл)

ТУ, ГОСТ	ТУ 2638-005-69240025-2020
Партия	05-24
Грузополучатель	

Дата изготовления	05.2024
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Бледно-зелёная жидкость	Соответствует
Отклонение значения рН буферного раствора от номинального, не более	± 0,03	Соответствует

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 2638-005-69240025-2020



<https://cldb.ru/p2.php?p=607baaef51efe309ccd846037af7d4f4>