

## Паспорт № 330104-05-24

Буферный раствор для рН-метрии рН=9.18 (фл. 500 мл)

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| ТУ, ГОСТ        | ТУ 2638-005-69240025-2020 |
| Партия          | 05-24                     |
| Грузополучатель |                           |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Дата изготовления | 05.2024 |
| Вид и тип тары    |         |
| Формула           |         |

| Наименование показателя   | Норма                         | Результаты анализа |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Внешний вид   | Бледно-фиолетовая<br>жидкость | Соответствует      |
| Отклонение значения рН буферного раствора от номинального, не более | ± 0,03                        | Соответствует      |

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 2638-005-69240025-2020



<https://csdb.ru/p2.php?p=c0df02ce43944321bd9e9f51242281b7>