

Паспорт № 044118-6/23

Этиленгликоль для хроматографии (3мл)

ТУ, ГОСТ	ТУ КОМП 2-121-09
Партия	6/23
Грузополучатель	

Дата изготовления	06.2023
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Цветность, не более	5	5
Содержание основного вещества, %, не менее	99,60	99,8
Содержание воды, %, не более	0,1	0,05
Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более	0,1	0,01
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более	0,001	0,0002
Массовая доля железа, %, не более	0,00001	0,000007
Массовая доля тяжелых металлов, %, не более	0,0002	0,0002
Массовая доля хлоридов, %, не более	0,0001	0,0001
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,001	0,0002
Показатель преломления при 20°C	1,431-1,432	1,432

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ТУ КОМП 2-121-09

квалификации 'хч'. Токсично! Огнеопасно! Только для лабораторного использования.



<https://csdb.ru/p2.php?p=c16b530633e5e91b7940fec5f1364bc8>