

Паспорт № 330006-51

Барий хлористый 0,1Н (уп.-10шт)

ТУ, ГОСТ	ТУ 2642-001-33813273-97	Дата изготовления	05.2024
Партия	51	Вид и тип тары	
Грузополучатель		Формула	BaCl ₂ *2H ₂ O

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Коэффициент поправки	1,00 ± 0,01	1,00

Гарантийный срок хранения 4 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 2642-001-33813273-97

Изготовитель: АО 'Уралхиминвест'



<https://cldb.ru/p2.php?p=f5f6b4cd371381801b2857997b518976>