

Разработчик: ЗАО «Центр исследования и контроля воды»

Производитель: ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ»

198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 131, литер А, телефон (812) 363-22-32, 417-67-74
www.standmat.ru, e-mail: mail@standmat.ru; sale@standmat.ru

ПАСПОРТ
СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА
ГСО 7271-96
ГДВИ.410408.301 ПС



Партия № 94/301-ЦСО

1 Наименование СО: Стандартный образец мутности (формазиновая сuspензия) (A4.3.C-301-ЦСО).

Назначение: СО предназначен для градуировки и калибровки средств измерений (СИ) – лабораторных и промышленных анализаторов мутности (мутномеров) питьевой, природной и сточной вод, а также для контроля метрологических характеристик СИ при проведении их испытаний, в том числе в целях утверждения типа, для контроля точности результатов измерений и аттестации методик измерений мутности водных сред. СО может применяться для поверки соответствующих СИ. СО следует применять при условии соответствия его метрологических и технических характеристик критериям, установленным в методиках поверки, калибровки и методиках измерений.

Область промышленности, производства, где преимущественно надлежит применять стандартный образец: государственный метрологический надзор, здравоохранение, охрана окружающей среды, испытания и контроль качества продукции.

2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестованная характеристика СО	Обозначение единицы величины	Аттестованное значение СО	Границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности 0,95, %**
Мутность по формазиновой шкале*	ЕМФ	4030	±1,1

* в соответствии со стандартом ISO 7027-1:2016;

** соответствует относительной расширенной неопределенности измерений, вычисленной с применением коэффициента охвата $k = 2$, $U_{\text{отн.}}$, %.

3 Срок годности экземпляра СО: 1 год.

4 Описание материала СО

СО представляет собой формазиновую супензию, расфасованную в запаянные стеклянные ампулы типа ШП-5 по ОСТ 64-2-485-85.

5 Способ определения метрологических характеристик СО: измерения проведены одним методом в одной лаборатории с использованием аттестованной методики ЦСО 01.05.01-2023.

6 Методики измерений (методы), применяемые при установлении метрологических характеристик СО: спектрофотометрический метод.

7 Утверждение о прослеживаемости: прослеживаемость аттестованного значения стандартного образца к единице величины «масса», воспроизводимой ГЭТ З Государственный первичный эталон единицы массы (килограмма), обеспечена проведением измерений по аттестованной методике измерений, предусматривающей применение поверенных весов и средств измерений объема.

8 Дополнительные сведения

8.1 СО признан в качестве межгосударственного стандартного образца (МСО) решением МГС от 08.10.99, протокол № 16-19, внесен в реестр МСО под № МСО 0101:1999 и допускается к применению без ограничений в следующих государствах содружества: Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.

8.2 Производитель СО – ООО «ЦСОВВ», акредитован на техническую компетентность в соответствии с ISO 17034:2016. Орган по аккредитации: ААЦ «Аналитика», аттестат аккредитации № AAC.RM.00157, действителен до 30.08.2028.

8.3 Метрологический статус: сертифицированный стандартный образец (CRM) в соответствии с ГОСТ ISO Guide 30-2019 (ISO Guide 30:2015).

9 Инструкция по применению: ГДВИ.410408.301 Д6 «Стандартный образец мутности (формазиновая супензия). Инструкция по применению» (обязательное приложение к паспорту).

10 Условия транспортирования и хранения

СО должен храниться в упакованном виде при температуре не ниже минус 5 °C вдали от прямых солнечных лучей. СО должен транспортироваться в упакованном виде любыми крытыми видами транспорта при температуре не ниже минус 5 °C.

11 Требования безопасности:

п. 3.1 ГДВИ.410408.301 Д6 «Стандартный образец мутности (формазиновая супензия). Инструкция по применению» (обязательное приложение к паспорту).

12 Комплект поставки

12.1 Пять экземпляров СО. Количество экземпляров может быть изменено производителем по желанию покупателя.

12.2 Паспорт СО (должен быть обязательно заверен оригинальной печатью производителя).

12.3 Футляр.

12.4 Упаковочная коробка.

13 Дата выпуска: 04 июля 2024 г.

14 Срок действия утвержденного типа стандартного образца продлен до 11.04.2028 (Приказ Ростехнадзора № 481 от 07.03.2023).

Ответственный за выпуск СО: **Для документов**

Ведущий инженер

Генеральный директор
ООО «ЦСОВВ»

Е.Р. Хамзина

А.Н. Атанов

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
(обязательное)

Генеральный директор ООО «ЦСОВВ»
А.Н. Атанов

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МУТНОСТИ
(ФОРМАЗИНОВАЯ СУСПЕНЗИЯ)
ГСО 7271-96
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГДВИ.410408.301 Д6

Настоящая инструкция устанавливает порядок и условия применения стандартного образца мутности (A4.3.C- 301- ЦСО) (в дальнейшем – стандартный образец, СО), предназначенного для градуировки и калибровки средств измерений (СИ) – лабораторных и промышленных анализаторов мутности (мутномеров) питьевой, природной и сточных вод, для контроля метрологических характеристик СИ при проведении их испытаний, в том числе в целях утверждения типа, для контроля точности результатов измерений и аттестации методик измерений мутности водных сред. СО может применяться для поверки соответствующих СИ.

СО следует применять при условии соответствия его метрологических и технических характеристик критериям, установленным в методиках поверки, калибровки и методиках измерений.

1 Общие указания

1.1 СО объемом не менее 5,2 см³ или 20,5 см³ находится в запаянных маркированных стеклянных ампулах.

Аттестованное значение СО указано в паспорте.

1.2 Аттестуемая характеристика СО – мутность по формазиновой шкале, X_{CO}, ЕМФ. При необходимости представления результатов измерений в единицах мг/дм³ по каолину 1 ЕМФ соответствует 0,58 мг/дм³.

1.3 При хранении экземпляры со СО должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

1.4 Не допускаются к использованию экземпляры со СО, которые оказались поврежденными при транспортировке или хранении. Критерием отбраковки экземпляров со СО являются видимые повреждения стекла либо заметно заниженный объем содержимого ампулы по сравнению с объемом, указанным в п. 1.1 настоящей инструкции.

2 Подготовка к применению

2.1 Подготовка СО к применению заключается в предварительном приготовлении из него градуировочных (контрольных, поверочных) супензий методом объемного разбавления.

2.2 Для приготовления супензий следует применять:

- колбы мерные 2-го класса точности с притертой пробкой по ГОСТ 1770-74;
- пипетки 2-го класса точности по ГОСТ 29228-91, ГОСТ 29169-91;
- термометр ртутный по ГОСТ 28498-90;
- стаканы химические по ГОСТ 25336-82;
- бумагу фильтровальную;
- дистиллированную воду по ГОСТ Р 58144-2018 или воду более высокого качества, в зависимости от требований используемой методики (далее – вода);

Для приготовления супензий с номинальным значением мутности менее 20 ЕМФ следует применять воду, имеющую значение мутности не более 0,2 ЕМФ или подготовленную согласно п. 6.3 ГОСТ Р 57164-2016 следующим образом: через мембранный фильтр с размером пор не более 0,45 мкм, подготовленный согласно инструкции изготовителя, пропускают 250 см³ воды и отбрасывают ее. Затем через мембрану дважды фильтруют два литра (или менее) воды, которую используют для приготовления градуировочных (контрольных, поверочных) супензий.

2.3 Супензии из СО следует готовить при температуре окружающей среды (20 ± 5) °C. В процессе приготовления супензий не допускается изменение температуры окружающей среды более чем на 2 °C.

2.4 Для приготовления супензий следует:

2.4.1 Обмыть снаружи ампулу со СО (несколько ампул) водой и высушить поверхность ампулы фильтровальной бумагой.

2.4.2 Встряхнуть ампулу (несколько ампул) со СО не менее 20 раз в течение 1 минуты.

2.4.3 Вскрыть ампулу со СО (несколько ампул) и перелить содержимое в чистый сухой химический стакан. Интенсивно перемешать содержимое стакана круговыми движениями в течение 1 минуты, отобрать из стакана чистой сухой пипеткой необходимый объем СО и количественно перенести в соответствующую мерную колбу. Необходимый объем СО, V_{CO}, см³, предварительно рассчитать по формуле:

$$V_{CO} = X \times V_k / X_{CO}$$

где X – значение мутности приготавливаемой супензии, ЕМФ;

X_{CO} – аттестованное значение мутности СО, ЕМФ;

V_k – объем используемой мерной колбы, см³.

Рекомендуется использовать V_{CO} ≥ 1,0 см³.

2.4.4 Довести объем супензии в мерной колбе до метки воды, колбу закрыть пробкой, содержимое колбы тщательно перемешать.

2.4.5 Примеры приготовления супензий из СО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Номинальное значение мутности приготавливаемых супензий, X _{ном} , ЕМФ	Отбираемый объем СО, V _{CO} , см ³	Объем мерной колбы, используемой для приготовления супензий, V _k , см ³
400	10,0	100
100	5,0	200
40	5,0	500
10	5,0	2000
4,0	2,0	2000
2,0	1,0	2000

2.4.6 Действительное значение мутности приготавливаемых супензий, X_d, ЕМФ, рассчитывать с учетом аттестованного значения СО, X_{CO}, по формуле:

$$X_d = X_{H2O} + X_{nom} \times X_{CO} / X_{CO,nom}$$

где X_{H2O} – измеренное значение мутности воды, используемой для разбавления СО, ЕМФ (при приготовлении супензий с использованием воды, подготовленной по п. 6.3 ГОСТ Р 57164-2016, X_{H2O}, принимается равным 0);

X_{CO,nom} – номинальное значение мутности СО, равное 4000 ЕМФ.

2.5 Погрешность действительного значения мутности приготавливаемых супензий рассчитывать с учетом процедуры их приготовления в соответствии с РМГ 60-2003.

2.6 Супензии со значением мутности менее 100 ЕМФ для длительного хранению не подлежат, их рекомендуется использовать в день приготовления.

3 Требования безопасности

3.1 Применение СО не требует соблюдения каких-либо специальных мер безопасности.

4 Условия и порядок применения СО

4.1 Использование СО и приготовленных из него супензий для метрологического обеспечения СИ осуществлять в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации и методик поверки СИ (например: Мутномер поверхностного рассеяния серии SS6 фирмы «Hach Company». Методика поверки. С-Пб., ГЦИ СИ ЦИКВ, 1998 г.; Низкодиапазонный мутномер 1720 D фирмы «Hach Company». Методика поверки. С-Пб., ГЦИ СИ ЦИКВ, 1998 г.; Мутномер малогабаритный фирмы «Hach Company». Методика поверки. С-Пб., ГЦИ СИ ЦИКВ, 1999 г.; Мутномеры лабораторные 2100 ANIS фирмы «Hach Company». Методика поверки. С-Пб., ГЦИ СИ ЦИКВ, 2002 г.).

4.2 Использование СО и приготовленных из него супензий для метрологического обеспечения методик измерений производить в соответствии с требованиями этих методик измерений (например, ГОСТ Р 57164-2016, ISO 7027-1:2016, ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05, ФР.1.31.2012.11857 (М 01-36-2006, изд. 2011 г.), Методические рекомендации утв. Минздравом РФ 05.11.2004 № 17ФЦ/3466).

4.3 При использовании СО и приготовленных из него супензий не допускается изменение температуры окружающей среды более чем на 2 °C.